

SANKI

静電気放電試験器 MODEL ESD-8012A

仕様

放電方式	コンタクト・ディスチャージ(接触放電) またはエアーギャップ・ディスチャージ(気中放電)	
出力電圧	0.5~10kV又は、0.5~30kV $\mu$ kの2レンジ(±5%以内)	
極性	正または負	
放電コンデンサ容量	150PF (交換可能) ±10%	
放電抵抗値	330 $\Omega$ (交換可能) ±10%	
放電モード	SINGLE	単発
	COUNT	放電間隔0.1~9.9s 放電回数1~9999回
	REPEAT	放電間隔0.1~9.9s 連続
	20 PPS	1秒間に20回の繰り返しで放電
放電電流立ち上がり時間	0.7~1ns	
駆動電源	AC85V~264V 50/60Hz	
使用環境	0~40℃ 20~75% 86kpa~106kpa	
外形寸法	本体	293×170×420(W×H×D)mm
	放電ガン	72×300×345(W×H×D)mm (ケーブル長 約3m)
重量	本体	9kg
	放電ガン	約1.3kg
標準添付品	放電ガン、キャパシタユニット(150PF)、抵抗ユニット(330 $\Omega$ )、接触放電電極、 気中放電電極、電源ケーブル、ヒューズ、2P-3P変換アダプター、 取扱説明書	